

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории АНО ДПО
«Техническая академия Росатома»



Д.Ю. Безуглов

дата

Техническое задание на оказание услуг

Предмет закупки Оказание услуг по поверке средств измерений

Техническое задание на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ.....	3
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ.....	3
Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг.....	3
Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг.....	3
Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки.....	3
Подраздел 2.4 Код ОКПД 2.....	3
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ.....	3
Подраздел 3.1 Общие требования.....	3
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг.....	4
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг.....	4
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности.....	4
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг.....	4
Подраздел 3.6 Специальные требования.....	4
Подраздел 3.7 Требования к сроку выполнения услуг.....	4
РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.....	4
Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг.....	4
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг.....	4
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг).....	4
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА	5
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.....	5
РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.....	5
Приложение 1.....	6

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по поверке средств измерений.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг
Оказание услуг по поверке средств измерений. Перечень СИ, подлежащих поверке приведен в Приложении 1.
Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
2.2.1 Цель услуги Поверка СИ аккредитованными на право поверки СИ организациями в соответствии с нормативными актами в области метрологии и методиками измерений, утвержденными при утверждении типа СИ. 2.2.2 Объект поверки СИ, использующиеся для измерений, которые отнесены федеральным органом исполнительной власти к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Доставка СИ Исполнителю для проведения поверки и обратно осуществляется силами Заказчика. Срок проведения поверки одной единицы СИ - не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления СИ Исполнителю. Если поверка СИ согласно перечню Приложения 1 ТЗ не входит в область аккредитации Исполнителя, то Исполнитель должен произвести выбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на право проведения поверки, калибровки СИ. При организации поверки СИ в сторонней организации срок оказания услуг по поверке составит не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента предоставления средств измерений Исполнителю. Срок оказания услуг с момента заключения договора до 31.01.2023 г.
Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки
Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.
Подраздел 2.4 Код ОКПД 2
45.20.21.222 - Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов 71.12.40.120 - Услуги в области метрологии

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования
Услуги по поверке СИ, согласно перечню Приложения 1 настоящего ТЗ, оказываются на территории аккредитованных (в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации) на проведение поверки СИ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся в Центральном федеральном округе России.

Исполнитель должен обеспечить сохранность переданных СИ в течение срока оказания услуг и до момента передачи их Заказчику.
Услуги оказываются в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки СИ для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Услуги оказываются с момента заключения Договора на основании заявок от Заказчика с указанием перечня СИ, представляемых на поверку Исполнителю.
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
Поверка СИ проводится в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
Требований нет.
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
Требований нет.
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
Требований нет.
Подраздел 3.6 Специальные требования
Требований нет.
Подраздел 3.7 Требования к сроку выполнения услуг
Срок оказания услуг с момента заключения договора до 31.01.2023 г.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
В результате оказания услуг Исполнитель возвращает Заказчику поверенные СИ в целостности и сохранности. Также Исполнитель передает следующие отчетные документы для каждой единицы СИ, указанного в Заявке, приведенной в Приложении 1: -Свидетельство о поверке СИ, в случае если СИ по результатам поверки признано пригодным к применению; -Извещение о непригодности к применению, в случае если СИ по результатам поверки признано непригодным к применению; Сведения о результатах поверки должны быть внесены в Федеральный информационный фонд.
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
Исполнитель передает Заказчику документы, подтверждающие факт оказания услуг, подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах. Возможна передача скан-копии указанных документов посредством электронной почты с последующим направлением оригиналов.
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Отчетные документы по каждой единице СИ передаются Заказчику в одном экземпляре на бумажном носителе одновременно с передачей поверенного СИ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требований нет.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	Заказчик	АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
2	СИ	Средство измерения
3	АНО ДПО	Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
4	ФЗ	Федеральный закон
5	ТЗ	Техническое задание
6	Минпромторг	Министерство промышленности и торговли

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Количество листов
1	Перечень средств измерений	1

Ведущий инженер по метрологии



И.В. Александрова

Перечень средств измерений, подлежащих поверке

№ п/п	Вид услуг (поверка, калибровка)	Наименование, тип (модификация) СИ	№ госреестра	Метрологические характеристики		Количество СИ
				Класс точности, погрешность, неопределенность (да/нет)	Пределы (диапазон) измерений, отдельные измерительные каналы, автономные блоки, для которых проводить поверку (если поверка не в полном объеме)	
1	поверка	Весы электронные ТВ мод. ТВ-М-300.2-А1	48166-13	от 1 до 25 кг вкл. ± 25 г, св. 25 до 100 кг вкл. ± 50 г, св. 100 до 150 кг вкл. ± 75 г, св. 150 до 200 кг вкл. ± 100 г, св. 200 до 300 кг вкл. ± 150 г	от 1 до 300 кг	1 шт.
2	поверка	Счетчики газа мембранные G4-RF1	14351-98	± 3 % ± 5 %	от 0,04 до 6 м³/ч	1 шт.