


Утверждаю
Заместитель генерального директора по
техническому развитию
ООО «НПО «Центротех»


К.И. Гузаиров
«12» 09 2019

16-17/18039-ВК от 12 СЕН 2019

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Предмет закупки -
оказание услуг по техническому обслуживанию координатно-измерительной машины
Global Classic 09.20.08 для объекта ООО «НПО «Центротех»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.5 Требования по обучению персонала Исполнителя

Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.7 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию координатно-измерительной машины (КИМ) Global Classic 09.20.08 для объекта ООО «НПО «Центротех»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг
Оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) КИМ Global Classic 09.20.08 (зав. №GLCS0006281A, ПО PC-DMIS CAD) для объекта ООО «НПО «Центротех»
Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
Заказчик (ООО «НПО «Центротех») поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на оказание услуг по проведению ТО КИМ в помещении №119, здание 1а, ООО «НПО «Центротех»
Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки
Содержание и объем работ по оказанию услуг по ТО КИМ указан в приложении №1 к настоящему техническому заданию.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования
Заказчик предоставляет руководство по эксплуатации КИМ. Работы выполняются на месте эксплуатации КИМ на территории Заказчика, а именно, в помещении №119, здание 1а, ООО «НПО «Центротех» Срок (период) выполнения работ: с момента заключения договора по 31.12.2019 Для выполнения работ Исполнитель должен иметь комплект необходимого сервисного оборудования, набор концевых мер длины КМД 3-Н9 по ГОСТ 9038-90
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
Сдача КИМ поверителю, получение свидетельства о поверке, оформленное в соответствии с приказом Минпромторга РФ от 02.07.2015 №1815
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
В соответствии с приказом Минпромторга РФ от 02.07.2015 №1815
Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
При оказании Услуг Исполнитель обеспечивает выполнение требований охраны труда, промышленной, пожарной и радиационной безопасности, охраны окружающей среды нормативно-технической документации, требований инструкций, стандартов, программ обеспечения качества и иных нормативных документов, действующих на территории ООО «НПО «Центротех» стандартов, ГОСТов, Правил Ростехнадзора, требований СНиП, СанПиН и иных законодательных актов, действующих на территории Российской Федерации.

Подраздел 3.5 Требования по обучению персонала Исполнителя
<p>Исполнитель должен иметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - квалифицированный персонал, имеющий гражданство Российской Федерации и постоянную регистрацию; - обладать опытом проведения аналогичных работ.
Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника
<p>Техническое предложение должно подтверждать готовность Участника оказать Услуги в полном объеме с надлежащим качеством и в установленные сроки в соответствии с настоящим Техническим заданием.</p>
Подраздел 3.7 Специальные требования
<p>3.7.1 Исполнитель должен иметь современные специализированные средства измерений и оборудование необходимое для выполнения работ по ТО КИМ;</p> <p>3.7.2 Поставщик должен учесть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Покупатель находится на территории ЗАТО г. Новоуральск; - ЗАТО г. Новоуральск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатом, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»; - Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства РФ по атомной энергии; - на территории ЗАТО г. Новоуральск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий, который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию; - для въезда в ЗАТО г. Новоуральск, Поставщик обязан своевременно (не менее чем за 10 суток для граждан РФ) оформлять документы на въезд в город, в соответствии с установленными правилами (телефон для справок (34370) 5-73-67). <p>Поставщик в течение двух недель с момента заключения договора должен оформить документы на въезд в город</p>

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
<p>Исполнитель направляет Заказчику свидетельство о поверке на КИМ, акты сдачи - приемки выполненных работ, счета, счета-фактуры.</p>
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
<p>По результатам поверки КИМ Исполнитель предоставляет Заказчику свидетельство о поверке КИМ. Исполнитель передает Заказчику пакет выданной для работы технической документации.</p>
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
<p>Заказчику передаются свидетельства о поверке КИМ, пакет выданной для работы технической документации.</p>

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1	Содержание и объем оказания услуг по ТО и поверке КИМ	6

Главный метролог	<u>ПОДПИСАНО ПЭП</u>	С.Г. Сорокин
Начальник ОТОиРО	<u>ПОДПИСАНО ПЭП</u>	/ А.В. Растилов
Начальник отдела	<u>ПОДПИСАНО ПЭП</u>	А.М. Мышинский
Заместителя генерального директора по закупкам и логистике	<u>ПОДПИСАНО ПЭП</u>	/ В.Н. Миронов
Заместитель генерального директора по безопасности	<u>ПОДПИСАНО ПЭП</u>	/ В.В. Казанцев
Начальник отдела	<u>ПОДПИСАНО ПЭП</u>	А.С. Зайцев

Содержание и объем оказываемых услуг по ТО КИМ

ТО КИМ включает в себя:

1. Проверка параметров электроэнергии
2. Проверка эл. кабелей на истирание и признаки износа.
3. Проверка качества подаваемого воздуха
4. Проверка воздухопровода на наличие утечек их устранение.
5. Проверка КИМ на наличие поврежденных или плохо закрепленных панелей.
6. Проверка и очистка направляющих, при необходимости снять соответствующие движущиеся части и экраны, закрывающие направляющие.
7. Проверка троса цилиндра противовеса. Нанесение пленки консистентной смазки на стальной трос, который служит штоком цилиндра противовеса.
8. Осмотр устройства подачи воздуха, фильтра тонкой очистки на наличие водяных или масляных отложений и их устранение.
9. Снятие панели и открытие доступа к приводу и ремням шкива. Осмотр их на наличие изношенных частей и трещин. При необходимости заменить привод и ремни шкива.
10. Проверка натяжения остальных ремней. При необходимости регулировка натяжения.
11. Проверка и очистка оптических линеек без демонтажа
12. Составление ведомости дефектов деталей, подлежащих замене при следующем ТО
13. Автоматическая проверка динамических параметров КИМ
14. Настройка динамических параметров движения КИМ
15. Настройка метрологических параметров с помощью лазерной системы RENISHAW
16. Проверка метрологических характеристик измерением сферы (ISO 10360-2)
17. Проверка метрологических характеристик измерением эталонного набора концевых мер длины (ISO 10360-2).
18. Сдача КИМ поверителю, получение свидетельства о поверке КИМ.