


Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
АО «Атомтехэнерго»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –
директор филиала

 Б.В. Доровских
« 20 » 11 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по теме:


«Оказание услуг по техническому обслуживанию и калибровке систем
измерений «Крона-522» и «Крона-522М» для нужд Московского филиала
«Центратомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго»

Согласовано:

И.о. главного метролога

АО «Атомтехэнерго»

Главный инженер

 М.И. Садыков
 В.В. Люльчак

Разработал:

Инженер второй категории ГМ

 Д.В. Шурыгин

Москва
2019

Техническое задание
«Оказание услуг по техническому обслуживанию и калибровке систем
измерений «Крона-522» и «Крона-522М» для нужд Московского филиала
«Центратомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в
общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых
услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности
результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения
участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

<p>«Оказание услуг по техническому обслуживанию и калибровке систем измерений «Крона-522» и «Крона-522М» для нужд Московского филиала «Центратомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго» Услуги в области метрологии: ОКПД2- 71.12.40.120</p>
--

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг
<i>2.1.1. Техническое обслуживание, калибровка, поверка датчиков давления (далее-услуги) систем измерений «Крона-522» и «Крона- 522М».</i>
Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
<i>2.2.1. Техническое обслуживание систем измерений «Крона-522» и «Крона- 522М», согласно руководствам по эксплуатации.</i>
<i>2.2.2. Поверка датчиков давления систем измерений «Крона-522» и «Крона- 522М» с целью подтверждения соответствия метрологическим требованиям (Федеральный закон от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».</i>
<i>2.2.3. Калибровка систем измерений «Крона-522» и «Крона- 522М» с целью определения действительных значений метрологических характеристик (Федеральный закон от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»</i>
Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки
<i>2.3.1. Система измерений «Крона-522» - 1 шт,</i>
<i>2.3.2 Система измерений «Крона-522М» - 1 шт.</i>

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования
<i>3.1.1 Срок оказания услуг: в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты принятия систем измерений «Крона-522» и «Крона- 522М» исполнителем, за исключением случаев, когда методиками предусмотрены иные сроки калибровки.</i>
<i>3.1.2 Исполнитель обязан обеспечить сохранность и комплектность принятых для проведения технического обслуживания и калибровки систем измерений «Крона-522» и «Крона- 522М» в соответствии с действующим законодательством.</i>
<i>3.1.3 Оказываемые Исполнителем услуги включают возможность хранения систем измерений «Крона-522» и «Крона- 522М» Заказчика, переданных в работу Исполнителю (на время ожидания исполнения услуг и после их окончания)</i>
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
<i>3.2.1. Требования к качеству оказываемых услуг определены следующими документами: Федеральный закон РФ от 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» с изменениями от 21 июля 2014 года N 254-ФЗ, Приказ Минпромторга России от 2 июля 2015 года № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке.</i>
<i>3.2.2. Поверка датчиков давления систем измерений Заказчика осуществляется Исполнителем (либо соисполнителем), при наличии у него аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений, выданным Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии</i>
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

<i>Гарантийные обязательства на предоставленные услуги в течении 1 года.</i>
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
<i>Требования о конфиденциальности (в случае наличия). Для заказчиков первой группы требования о конфиденциальности не должны противоречить требованиям статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативным актам правительства Российской Федерации, выпущенным в развитие Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011</i>
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
<i>Требования к безопасности отсутствуют</i>
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика
<i>Требований к обучению персонала заказчика нет</i>
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
<i>Техническое предложение Исполнителя должно подтверждать все требования настоящего Технического задания</i>
Подраздел 3.8 Специальные требования
<p><i>3.8.1 Техническое обслуживание и калибровка системы измерений (включая поверку датчиков) «Крона-522» и «Крона-522М» должны проводиться в течении 30 календарных дней с даты их передачи Исполнителю.</i></p> <p><i>3.8.2 Доставка систем измерений «Крона-522» и «Крона-522М» на калибровку от Заказчика (с места нахождения Заказчика) к Исполнителю выполняется силами и за счет Заказчика.</i></p> <p><i>3.8.3 Доставка систем измерений «Крона-522» и «Крона-522М» после калибровки от Исполнителя к Заказчику (по месту нахождения Заказчика) выполняется силами и за счет Заказчика</i></p>

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
<i>Поверенные датчики давления систем измерений «Крона-522» и «Крона-522М», откалиброванные системы измерений «Крона-522» и «Крона-522М»</i>
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
<p><i>Откалиброванные системы измерений «Крона-522» и «Крона-522М» должны быть переданы Заказчику в том виде и в той комплектации, которые имели место на момент их принятия Исполнителем на калибровку.</i></p> <p><i>Возможные замены датчиков должны быть отражены в паспорте/формуляре системы измерений «Крона-522» и «Крона-522М»</i></p>
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
<p><i>После проведения калибровочных работ Исполнитель передает Заказчику:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах. Заказчик возвращает Исполнителю один экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный со своей стороны;</i> <i>– сертификаты о калибровке систем измерений «Крона-522» и «Крона-522М»;</i>

- свидетельства о поверке датчиков давления систем измерений «Крона-522» и «Крона-522М» при положительных результатах поверки;
- извещения о непригодности датчиков давления систем измерений «Крона-522» и «Крона-522М» при отрицательных результатах поверки;
- счет на оплату;
- счет-фактуру.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение персонала не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	АО	Акционерное общество
2.	СИ	Средство измерения
3.	ПНР	Пусконаладочные работы
4.	ЦАТЭ	Московский филиал «Центратомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго»