



ЗАО "РЕАХИМ"

192019, Санкт-Петербург, ул. 2-й Луч, д. 9
телефон / факс (812) 337-27-27

Р/с 40702810639000006760 в Филиал ОПЕРУ ПАО БАНК ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург
к/с 30101810200000000704 БИК 044030704

Код ОКПО 45565113 код ОКВЭД 51.44.2 7811069158 КПП 781101001
sale@reahim.spb.ru

ООО "Вест-Инжиниринг"
Для предъявления по месту требования

Информационное письмо

ЗАО "Реахим" (являясь официальным Дилером по Северо-Западному региону производителей стеклянной лабораторной посуды: ПАО "Химлабприбор", ООО «Минимед») сообщает, что Эксикатор 2-190 ГОСТ 25336-82 снят с производства. Аналог, который доступен к заказу, Эксикатор 2-180 производства "NINGBO GREETMED" Китай.

Описание и технические характеристики прилагаем:

Технические данные

Эксикатор

1. Описание

Эксикатор предназначен для хранения обезвоженных образцов в сухой атмосфере, а также поддержания сухого вещества в обезвоженном состоянии. Изготовлен из нейтрального стекла, которое является разновидностью стекла с низким содержанием натрий-кальций бородилката и обладающее хорошими химическими и физическими свойствами.

2. Конструкция

- 2.1 Эксикатор подразделяются на:
- с краном (вакуумный), исп. 1: из чистого (прозрачного) стекла (код 1354) или окрашенного (темного) стекла (код 1355);
 - без крана, исп. 2: из чистого (прозрачного) стекла (код 1351) или окрашенного (темного) стекла (код 1352);
- 2.2 Крышка эксикатора прилифована к корпусу.
- 2.3 В комплект входит фарфоровая вставка. Внутренний борт эксикатора обеспечивает горизонтальное положение фарфоровой вставки.



3. Основные технические характеристики

D, мм	d, мм	d ₁ , мм	H, мм	h, мм	Объем, л
140±5	120±5	65±5	165±10	95±10	0,7
205±5	150±5	95±5	220±10	135±10	1,5
240±5	180±5	110±5	260±10	160±10	3,0
265±5	210±5	124±5	275±10	180±10	4,5
305±5	240±5	140±5	325±10	210±10	7,5
365±5	300±5	170±5	355±10	235±10	12,9

Генеральный директор



Кувалдин К.В.