

Техническое задание

Предмет закупки:
Поставка Микromетра МРИ 1200, призмы П2-2-1, рулетки
и угольника УШ-1-250

Нижний Новгород
2020

СОДЕРЖАНИЕ

<u>РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ</u>	3
<u>РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ</u>	4
<u>РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ</u>	4
<u>РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ</u>	4
<u>РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ</u>	4
<u>Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки</u>	4
<u>Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров</u>	4
<u>РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ</u>	4
<u>РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ</u>	5
<u>РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ</u>	5
<u>РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ</u>	5
<u>РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ</u>	5
<u>РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ</u>	5
<u>РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ</u>	5
<u>РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ</u>	5
<u>РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ</u>	5
<u>РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА</u>	5
<u>РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ</u>	6
<u>РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ</u>	6

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Таблица № 1

№ п/п	Наименование	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертёж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Коли- чество	Срок поставки	Объём гарантий и гарантийный срок
1	Микрометр МР1 1200-0.01 ГОСТ 4381-87	-	- сменные пятки – 1 компл.; - установочная мера – 4шт; - центровочные гильзы – 1 компл.; - ключ, если предусмотрен конструкцией – 1 шт	шт	1	В соответствии с условиями договора	В течение 12 месяцев с даты поставки Товара, если участником закупки не будет предложен больший срок
2	Призма П2-2-1 ТУ 2-034-812-88 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ	-	-	шт	2		
3	Угольник УЩ-1-250 ГОСТ 3749-77	Точно в соответствии с ГОСТ 3749-77	-	шт	5		
4	Рулетка 5м	-	-	шт	10		

Таблица 2

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики (значения которых не могут изменяться)			
2	Призма П2-2-1 ТУ 2-034-812-88 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ	Наименование требования/параметры	Требование	Значение	Единица измерения
		Материал	Точно	Чугунные	-
		Min диаметр устанавливаемых валов	Точно	12	мм
		Max диаметр устанавливаемых валов	Точно	135	мм
		Глубина пазов	Точно	50;32;25;20	мм
		Класс точности	Точно	1	-
		Технические характеристики (значения которых подлежат изменениям, должны быть указаны участником точно)			
		Наименование требования/параметры	Требование	Значение	Единица измерения
		Общая длина	В диапазоне	140-150	мм
		Общая ширина	В диапазоне	70-80	мм
		Общая высота	В диапазоне	130-135	мм
		Масса призмы	Не более	3.5	кг

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый инструмент должен быть новым, выпуска не ранее 2018 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Наименование модели изделия и завода-изготовителя указать в паспорте на средства измерений, на бирке и/или на шильдике.

Знак утверждения типа должен быть нанесен в соответствии с описанием типа.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Продукция должна поставляться в жесткой индивидуальной упаковке с маркировкой (модели изделия и наименования завода-изготовителя). Также упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Согласно пп. 4.1-4.4 договора
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Для товара, являющегося СИ, должны быть представлены следующие документы на русском языке: Оригиналы: На поз. 1,3,4 Раздела 1 табл.1: Паспорт; Техническое описание и/или руководство (инструкция) по эксплуатации; Действующее свидетельство о поверке со сроком действия не менее 9 месяцев, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ от 2 июля 2015г. №1815; Копии: Свидетельство об утверждении типа, заверенное Поставщиком; Описание типа; Методика поверки. На поз. 2 Раздела 1 табл.1: Паспорт; Техническое описание и/или руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке Сертификат о калибровке

Копии:
Сертификат о калибровке
Методика калибровки

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Согласно п. 3 договора

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Согласно п. 4 договора

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Тип СИ должен быть утвержден в установленном в РФ порядке, и информация об этом должна быть внесена в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
-	-	-

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
-	-	-

Начальник подразделения 96



С.Ю. Зотов

Главный метролог -
начальник подразделения 73



В.Н. Логинов

