

**Акционерное общество «Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)**

**Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Ленинградская атомная станция» (Ленинградская АЭС)**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01d7aaa80 037ac7a8 34a68f0d saec7c2ce
Владелец: Беляев Александр Николаевич
Действителен с 15.09.2020 по 15.12.2021

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Ленинградской АЭС-2

А.Н. Беляев

«____» _____ 2021

Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки Лента фильтрующая аналитическая

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Необходимые исходные данные

Подраздел 1.2 Сведение о новизне

Подраздел 1.4 Код ОКПД-2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Лента фильтрующая аналитическая ЛФАС-4-50 или аналог (далее – лента).
Подраздел 1.2 Необходимые исходные данные
Отнесение закупки к инновационной продукции (работе, оказанию услуг) ДА/ <u>НЕТ</u>
Подраздел 1.3 Сведения о новизне
Лента должна быть новой, выпуска не ранее 2021 года (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
Подраздел 1.4 Код ОКПД-2
20.60.14.110 – Мононити синтетические.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лента предназначена для отбора проб аэрозолей, в том числе и радиоактивных, для измерения количества, свойств и состава уловленной твердодисперсной фазы (осадка) в приборах для раздельного измерения альфа-радиоактивных элементов и изотопов методами спектрометрии альфа-излучения уловленного осадка. Применяется в приборах для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ.
--

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Нормальные условия эксплуатации.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
Размер ленты, мм: ширина 50 ± 1 . Стандартное гидродинамическое сопротивление, Па: 25 ± 3 . Поверхностная плотность лобового слоя, г/кв.м: не более: 0,5; Разрывная нагрузка, Н: не менее: 30; Диаметр волокон лобового слоя, нм: $50 \div 200$.
Подраздел 4.2 Требования к маркировке
На упаковку наносятся следующие обозначения, характеризующие продукцию: - производитель и товарный знак; - наименование, марки продукта; - дата изготовления.
Подраздел 4.3 Требования к упаковке
Лента должна поставляться в оригинальной заводской упаковке без нарушения целостности. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность продукции при её сохранении и транспортировании до Заказчика.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Приемка и входной контроль продукции осуществляется на территории Ленинградской АЭС в соответствии с условиями договора поставки и с учётом соответствия качества, комплектности с предоставлением необходимых сопроводительных документов.
5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Наличие паспорта (этикетки).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставка должна осуществляться в надежной таре или упаковке, позволяющей обеспечить защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортировки поставляемого товара.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение должно осуществляться в надежной таре или упаковке, позволяющей обеспечить защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время хранения поставляемого товара.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

На поставляемую продукцию гарантийные сроки хранения и эксплуатации должны быть установлены в паспорте продукции или другом документе, удостоверенном ОТК завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов РФ, не угрожать безопасности жизни и здоровью сотрудников Заказчика, охране окружающей среды.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка в количестве – 5600 метров.
Срок поставки – в соответствии с закупочной документацией.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предъявляются.

Начальник ОРБ ЛАЭС-2

Р.Н. Савинов

Воронов Денис Владимирович
(881369) 5-63-63