

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Поверка СИ с калибровочными работами: Калибратор универсальный Н4-17 с блоком усиления Н4-17БУ (4 комплекта) заводские номера №№ 003213/003213, 003013/003013, 019118/023018, 026520/032220; регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 46628-11

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Поверка СИ с калибровочными работами

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Поверка СИ – совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия СИ метрологическим требованиям.

Калибровочные работы – работы, проводимые в соответствии с приложением А руководства по эксплуатации КМСИ.411182.030 РЭ, часть 1.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Калибровочные работы и поверка калибраторов универсальных Н4-17 с блоком усиления Н4-17БУ в количестве 4 комплектов в полном объеме в соответствии с КМСИ.411182.030 РЭ «Калибратор универсальный Н4-17. Руководство по эксплуатации. Часть 1» в качестве эталона.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Выполнение поверки СИ в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 г. № 2510.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Качество услуг по поверке определяется в соответствии с приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 г. № 2510.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Не предъявляются.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Не предъявляются.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Не предъявляются.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не предъявляются.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Наличие аттестата, удостоверяющего, что исполнитель аккредитован в области обеспечения единства измерений и официально признана его компетентность оказывать услуги по поверке СИ, указанных в п. 2.3.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Срок поверки:

Зав. № 026520/032220 – до 28.09.2021г.

Зав. № 019118/023018 и 003013/003013 – до 11.11.2021г.

Зав. № 003213/003213 – до 19.01.2022г.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Конечным результатом поверки СИ является подтверждение пригодности СИ к применению: наличие документа, подтверждающего занесение сведений о результатах поверки в ФИФ, свидетельства о поверке на бумажном носителе, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ от 31 июля 2020 г. № 2510 или извещения о непригодности к применению на бумажном носителе в случае не подтверждения соответствия СИ метрологическим требованиям

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Требования по приемке поверки СИ заключаются в оформленном конечном результате поверки в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 г. № 2510 и исправном техническом состоянии СИ.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Приемка СИ после проведения поверки осуществляется вместе с актами оказанных услуг (2 экземпляра) оформленными, подписанными со стороны исполнителя и счетом-фактурой, оформленными согласно действующему законодательству.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	СИ	Средство измерений
2	ФИФ	Федеральный информационный фонд

Начальник подразделения № 73


подпись

02.04.21
дата

В.Н. Логинов
инициалы, фамилия

Ответственный за МО подразделения № 73


подпись

1.04.2025
дата

Е.В. Белова
инициалы, фамилия

Согласовано:

Подразделение 73


подпись

01.04.21
дата

И.В Плеханова
инициалы, фамилия