

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



Т. А. Пекарский

2021 г.

Техническое задание
на оказание услуг для ООО «ЭКОАЛЪЯНС»
№ 16-353/111

Предмет закупки: поверка (калибровка) СИ.

Новоуральск
2021

<i>Код</i>		<i>Вид услуги</i>
<i>ОКДП 2</i>	<i>71.12.40.120</i>	<i>Услуги в области метрологии</i>
<i>ОКВЭД 2</i>	<i>71.12.62</i>	<i>Деятельность в области метрологии</i>

Техническое задание
на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг
в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к безопасности оказания услуг и
безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.4 Требования к составу технического предложения
участника

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Проведение поверки СИ ООО «Экоальянс».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг
Поверка СИ.
Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
1) Установление пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям. 2) Установление соотношения между значением величины, полученным с помощью данного средства измерений и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона с целью определения действительных метрологических характеристик этого средства измерений.
Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки
Услуги оказываются на условиях договора в объемах, определяемых письменными заявками заказчика.

Перечень СИ ООО «Экоальянс» подлежащих поверке.

№ п.п	Наименование	Тип	Заводской №	№ в госре - естре	Предел измере - ний
1	Преобразователь расхода вихреакустический	МЕТРАН-300ПР-25-А	674144	16098	0,18-9,0
2	Преобразователь расхода вихреакустический	МЕТРАН-300ПР-25-А	674676	16098	0,18-9,0
3	Преобразователь расхода вихреакустический	МЕТРАН-300ПР-100-А	673327	16098	1,50-200,0
4	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	ВЭПС-ПБ 2-01	750265	14646	0,63-60 Ду=50
5	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	ВЭПС-ПБ 2-01	503998	14646	0,63-60 Ду=50
6	Теплосчетчик	Эльф-01	86060706	65269-16	0-99999,9
7	Теплосчетчик	Эльф-01	14393208	65269-16	0-99999,9
8	Преобразователь расчетно-измерительный	ТЭКОН-19 исполн. 06М	2612	24849	-
9	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ 200(ЭВ-200)	4771	42775	-

10	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ 200(ЭВ-200)	4772	42775	-
11	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ 200(ЭВ-200)	4773	42775	-
12	Термометр технический	ТПТ 1-3	6861	46155	.-100-300
13	Комплект термосопротивлений	КТСП-Н	6859	38878	0-160
14	Преобразователь давления измерительный	СДВ-И-2.5-1.6	57105	20313	
15	Преобразователь давления измерительный	СДВ-И-2.5-1.6	57113	20313	
16	Преобразователь давления измерительный	СДВ-И-2.5-1.6	57114	20313	
17	Счетчик горячей воды	ВСГ-25	07573256	23648	

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования	
<p>Выбор сторонних организаций для проведения поверки СИ производится в соответствии с положением о закупочной деятельности с учетом следующих критериев:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие аттестата аккредитации в данной области измерений; - соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (в случае отсутствия разрешения на использование лаборатории) - срок поверки до 30 сентября 2021 г. <p>Все услуги по поверке, калибровке СИ оказываются только на основании письменных заявок Заказчика. Доставка СИ Исполнителю осуществляется Заказчиком. Срок оказания услуг по заявке в течении 20 (двадцати) рабочих дней с момента передачи СИ Исполнителю или оплаты счета Заказчиком после передачи СИ. Окончанием оказания услуг считается уведомление Заказчика об оказанных услугах.</p> <p>Срок оказания услуг продлевается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Если применяемыми методиками поверки (калибровки) предусмотрены иные сроки поверки, срок оказания услуги продлевается с учетом этих сроков. 2. В случае предварительной договоренности, поверка (калибровка) проводится на месте эксплуатации СИ (на территории Заказчика). 	
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг	
Услуга оказывается Исполнителем в соответствии с законом РФ от 26.06.2008 №102-	

«Об обеспечении единства измерений», согласно Приказа Минпромторга РФ №2510 от 31.07.2020 г. «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
Подраздел 3.3 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
Для выполнения работ Исполнитель обязан привлекать только квалифицированный и обученный по охране труда работников. Необходимость и достаточность мер для безопасного выполнения работ определяет Исполнитель по согласованию с Заказчиком, в соответствии с действующим законодательством РФ. Требования безопасности согласно нормативной документации, методическим инструкциям, ГОСТам, методикам поверки и др. документации
Подраздел 3.4 Требования к составу технического предложения участника
Наличие аккредитации по видам измерения.
Подраздел 3.5 Специальные требования
<p>ЗАО Новоуральск является закрытым административно-территориальным образованием Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», правовой статус которого установлен:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Федеральным законом от 14.07.1992 № 3297-1 “О закрытом административно-территориальном образовании”. 2. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 утверждено “Положение о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". <p>На территории ЗАО Новоуральск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территории. Для въезда в ЗАО Новоуральск участники обязаны своевременно (не менее, чем за 10 суток для граждан Российской Федерации) оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.</p>

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
В соответствии с Приказом Минпромторга № 2510 и требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 запись о результатах поверки заносится в федеральный информационный фонд. При положительных результатах поверки СИ признаётся годным к применению, что подтверждается отметкой в паспорте (формуляре) со знаком поверки (оттиск,

наклейка) или иным способом нанесенное поверительное клеймо. Требуется свидетельство о поверке. В противном случае необходимо выдать извещение о непригодности установленной формы. Необходим протокол поверки или его копия. Результаты калибровки СИ удостоверяются сертификатом о калибровке и (или) калибровочным знаком.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Требуется получить от исполнителя:

- средство измерений (с четко различимым клеймом при необходимости нанесения его на корпус СИ);
- свидетельство о поверке (сертификат о калибровке) или извещение о непригодности СИ;
- паспорт на СИ с отметкой о дате, виде и результате работ с клеймом поверителя (калибровщика)
- протокол или копия протокола поверки (калибровки).

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

После оказания услуг по поверке (калибровке) СИ Исполнитель направляет в адрес , Заказчика:

- счет-фактуру на сумму оказанных услуг
- Акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения СИ от Исполнителя и получения Акта выполненных работ Заказчик проводит проверку качества выполненных работ (услуг) и, в случае отсутствия нареканий по качеству работ (услуг), подписанный Акт выполненных работ направляет Исполнителю не позднее 7 (семи) рабочих дней после получения СИ.

Исполнитель поверок (калибровок) передает Заказчику документацию на услугу, к которой относятся заполненный паспорт на СИ, свидетельство о поверке (сертификат о калибровке), протокол поверки (калибровки) либо извещение о непригодности.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	СИ	Средство измерения.

Исполнитель:

Инженер по метрологии



М. Ю. Никольский

Согласовано

Главный инженер



С. А. Власов

Руководитель группы ЭиА



В. А. Обыденнов

Начальник БМТС



Е. В. Телегин