

**Акционерное общество «Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»
(Калининская АЭС)**

Техническое задание

Предмет закупки: Поставка тест-комплектов.
Заявка SAP ERP № 10365793, 10365797.

Техническое задание на поставку расходных материалов для медицинского обследования.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к надежности

Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ		
Подраздел 1.1 Наименование		
№ п/п	Наименование	Тип, марка, обозначение документа
1.	Тест-набор полосок	ИммуноХром-10-Мульти-Экспресс
2.	Стакан 200 мл	ЮПОС2121 Юпласт /или аналог
3.	Мундштук	Drager Alkotest 6510 /или аналог
4.	Контейнер для сбора биоматериалов с закручивающейся крышкой 120 мл	Контейнер III «Перинт»/или аналог
5.	Наклейка номерная 22х66мм	БС /или аналог
6.	Средство дезинфицирующее	Амиксидин
7.	Тест-полоска диагностическая-50шт/туба	МикроальбуФАН 10010244 Erba Lachema /или аналог
8.	Тест-полоски Уриполиан-10А - 50шт/туба	Уриполиан-10А Биосенсор АН/или аналог
9.	Перчатки медицинские одноразовые	Lister /или аналог
10.	Перчатки полиэтиленовые одноразовые	Вендорс/или аналог
11.	Бахилы 15х39 голубой	Меди Мастер /или аналог
Подраздел 1.2 Сведения о новизне		
Все изделия должны быть новыми, выпуска не ранее 4 квартала 2021 года, не бывшими в использовании, не выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.		
Подраздел 1.3 Код ОКП		
938890		
Подраздел 1.4 Код ОКПД2		
21.20.23.111		
22.19.60.113		
21.20.23.199		
15.20.11.129		

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Изделия будут использованы для оснащения здравпункта Калининской АЭС с целью проведения выборочного медицинского обследования персонала Калининской АЭС, подрядных организаций и военнослужащих в/ч 3679 на предмет наличия (отсутствия) признаков алкогольного, наркотического и токсического опьянения. Основание заключения договора: приказ директора от 02.10.2007 №1214 «О введении выборочного медицинского обследования»; приказ директора от 27.05.2015 № 1211-П/вн «О внесении изменений в приказ №1214»; правила внутреннего трудового распорядка работников филиала АО «Концерн Росэнергоатом «Калининская атомная станция» (приложение к Коллективному договору Калининской АЭС).

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

№ п/п	Наименование	Температурный диапазон
1.	Тест-набор полосок ИммуноХром-10-Мульти-Экспресс	Температура эксплуатации +2...+28°C
2.	Стакан 200 мл	Требования не предъявляются
3.	Мундштук для Drager Alkotest 6510 /или аналог	Требования не предъявляются
4.	Контейнер для сбора биоматериалов с закручивающейся крышкой 120 мл	Требования не предъявляются
5.	Наклейка номерная 22х66мм	Требования не предъявляются
6.	Средство дезинфицирующее «Амиксидин»	Температура эксплуатации 0°...+30°C
7.	Тест-полоска диагностическая МикроальбуФАН 10010244 Erba Lachema /или аналог - 50шт/туба	Температура эксплуатации +2...+30°C
8.	Тест-полоски Уриполиан-10А Биосенсор АН 50шт/туба	Температура эксплуатации +2...+30°C
9.	Перчатки Lister /или аналог	Требования не предъявляются
10.	Перчатки полиэтиленовые одноразовые Вендерс / или аналог	Требования не предъявляются
11.	Бахилы 15х39 голубой Меди Мастер /или аналог	Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

№ п/п	Наименование	Характеристики
1.	Тест-набор полосок ИммуноХром-10-Мульти-Экспресс	Тест-набор «Иммунохром-10-мульти-экспресс». Чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) составляет для амфетамина – не менее 1000 нг/мл, марихуаны - 50 нг/мл, морфина/героина – не менее 300 нг/мл, кокаина – не менее 300 нг/мл, метамфетамина – не менее 500 нг/мл, барбитуратов – не менее 300 нг/мл, бензодиазепина – не менее 300 нг/мл, фенциклидина – не менее 25 нг/мл, метадона – не менее 300 нг/мл, экстази (мдма) – не менее 500 нг/мл. (1шт./уп.). Количество в упаковке – не менее 20 шт. Наличие Регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
2.	Стакан 200 мл ЮПОС2121 Юпласт /или аналог	Предназначен для одноразового использования. Объем – 200-250 мл. Материал – полипропилен Не менее 100 штук в упаковке
3.	Мундштук Drager Alkotest 6510 /или аналог	Мундштук для анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе Drager Alkotest 6510.Одноразовая насадка оснащенная защитной перегородкой, предназначенная для защиты алкотестера Drager Alkotest 6510 от попадания

		слюны изготовлена из полипропилена, диаметр выходного отверстия 15 мм – не более, не менее. Наличие Регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
4.	Контейнер для биоматериалов	Контейнер для сбора биоматериала нестерильный. Должен быть снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от протекания, распыливания и ингаляционного контакта. Материал – полипропилен. Объем – 120-150 мл. Наличие Регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
5.	Наклейка номерная 22х66мм БС /или аналог	Этикетка самоклеящаяся с контролем вскрытия (контрольная пломба) размер 66х22 мм.
6.	Средство дезинфицирующее Амиксидин	Дезинфицирующее средство «Амиксидин» - прозрачная жидкость розово-красного цвета (от светлого до темного), со слабым специфическим запахом. Производитель: Россия. Объем емкости - 1 литр. Наличие Свидетельства о государственной регистрации выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
7.	Тест-полоска диагностическая МикроальбуФАН 10010244 Erba Lachema /или аналог - 50шт/туба(упак.)	Тест-полоски диагностические МикроальбуФАН 10010244 Erba Lachema/или аналог. Тест-полоски диагностические для проведения и визуальной оценки результатов качественного и полуколичественного анализа мочи. Определяемые параметры: альбумин, креатинин. Диапазон измерений альбумина - не менее 0,01-5,0 г/л. Шкала для альбумина: 0,01/10; 0,03/30; 0,08/80; 0,15/150; 0,3/300; 1/1000; 5/5000 (г/л, мг/дл). Диапазон измерений креатинина - не менее 0,9-26,5 ммоль/л. Шкала для креатинина: 0,9/0,1; 2, 2,2/0,25; 8,8/1; 17,7/2; 26,5/3 (ммоль/л; г/л). Время продолжительности теста - не более 60 секунд. Все зоны диагностических тест-полосок защищены от влияния обычной концентрации аскорбиновой кислоты. Упаковка: по 50 полосок в пенале, помещенный в коробку из картона.. Пенал с крышкой, снабженной контролем вскрытия, влагопоглощающий элемент — силикогель. Наличие Регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
8.	Тест-полоски Уриполиан-10А Биосенсор АН 50шт/туба (упак)	Тест-полоски Уриполиан-10А Биосенсор АН/или аналог - для визуального определения относительной плотности и pH мочи. Количество в упаковке не менее 50 шт. Тест-Полоски индикаторные для качественного и

		<p>полуколичественного определения глюкозы, кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов, отн. плотности, аскорбиновой кислоты, белка и pH в моче</p> <p>Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче: 0,0 (0,0); 2,8 (50); 5,6 (100); 14,0 (250); 28,0 (500); 56,0 (1000) ммоль/л (мг/дл).</p> <p>Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел в моче: 0,0; 0,5; 1,5; 4,0; 8,0; 16,0 ммоль/л.</p> <p>Диапазон определяемых концентраций гемоглобина в моче: 0,0; 10; 25; 50; 250 эритроцит/мкл.</p> <p>Диапазон определяемых концентраций эритроцитов в моче: 0,0; 10; 25; 50; 250 эритроцит/мкл.</p> <p>Диапазон определяемых концентраций билирубина в моче: 0,0; 9,0; 17,0; 50,0 мкмоль/л.</p> <p>Диапазон определяемых концентраций уробилиногена в моче: 3,5; 17,5; 35,0; 70,0; 140,0; 210,0 мкмоль/л.</p> <p>Диапазон определяемых значений плотности мочи: 1,000; 1,005; 1,010; 1,015; 1,020; 1,025; 1,030.</p> <p>Диапазон определяемых концентраций нитритов в моче: нег.; поз (подробнее смотрите в инструкции по применению).</p> <p>Диапазон определяемых концентраций альбумина в моче: 0,0; 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0 г/л.</p> <p>Диапазон определяемых концентраций pH мочи: 5,0; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0; 9,0 единиц pH.</p> <p>Диапазон определяемых концентраций аскорбиновой кислоты в моче: 0,0; 10,0; 20,0; $\geq 40,0$ мг/дл.</p> <p>Наличие Регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.</p>
9.	Перчатки Lister /или аналог	Перчатки латексные, медицинские, нестерильные, неопудренные, одноразовые (размер – L). Наличие Регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
10.	Перчатки полиэтиленовые одноразовые Вендорс / или аналог	Перчатки одноразовые из плотного полиэтилена широкого спектра применения (размер – L).
11.	Бахилы 15х39 голубой Меди Мастер /или аналог	Бахилы «Стандарт», полиэтиленовые, 15х40 см/или аналог.

Критерии соответствия аналогов по техническим, функциональным и качественным характеристикам должны соответствовать указанным в настоящем ТЗ требованиям.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

В соответствии с требованиями документации завода изготовителя.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Физико-механические, химические, технические и другие свойства должны соответствовать требованиям, указанным в настоящем техническом задании.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке
В соответствии с требованиями завода-изготовителя.
Подраздел 4.5 Требования к упаковке
Изделия должны быть упакованы в соответствии с требованиями завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать сохранность изделия на весь период его транспортирования и хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
В соответствии с условиями договора и инструкциями, действующими на Калининской АЭС.
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
К изделиям должны быть приложены, руководства (инструкции) по эксплуатации (применению).
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
Поставляемые изделия должны транспортироваться в соответствии с требованиями завода-изготовителя, исключая перемещение или падение изделий при толчках и ударах, при температуре окружающей среды в интервалах, указанных в разделе 3 настоящего ТЗ, в условиях исключая деформацию и механические повреждения.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Поставляемые изделия должны храниться в штатной упаковке, в соответствии с требованиями завода-изготовителя. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Гарантийный срок: поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции в течение 12 месяцев с даты изготовления продукции. Дата изготовления: 4-й квартал 2021 года - 1-й квартал 2022 года.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Поставляемая продукция должна соответствовать правилам и нормам, принятым в Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
Должны соответствовать указанным в прилагаемой документации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставляемая продукция должна соответствовать заказанному количеству.

Срок поставки с 01.02. по 15.02.2022 года.

№ п/п	Наименование продукции	Кол- во	Ед. изм.
1.	Тест-набор полосок ИммуноХром-10-Мульти-Экспресс	250	упак.
2.	Стакан 200 мл ЮПОС2121 Юпласт /или аналог	50	упак.
3.	Мундштук Drager Alkotest 6510 /или аналог	35000	шт.
4.	Контейнер для сбора биоматериалов с завинчивающейся крышкой 120 мл	100	шт.
5.	Наклейка номерная 22х66мм БС /или аналог	100	шт.
6.	Средство дезинфицирующее Амиксидин – ёмкость флакона 1 л	15	шт.
7.	Тест-полоска диагностическая МикроальбуФАН 10010244 Erba Lachema /или аналог - 50шт/туба(упак)	1	упак.
8.	Тест-полоски Уриполиан-10А Биосенсор АН - 50шт/туба (упак)	1	упак.
9.	Перчатки Lister /или аналог	3500	пара
10.	Перчатки полиэтиленовые одноразовые Вендорс / или аналог	2500	пара
11.	Бахилы 15х39 голубой Меди Мастер /или аналог	5000	пара

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

Начальник СБ

В.В. Базин

Беляков Андрей Сергеевич

(48255) 6-89-57

04.10.2021 9/178241-3П

