

ПАО "МСЗ"
Центральная заводская лаборатория
Электросталь, К.Маркса, 12, корпус 75а Тел. (495) 702 - 91 - 63
ПРОТОКОЛ № 395198 от 17.03.2020

(на 1 листах, лист 1)

Объект контроля Металлы и сплавы, изделия из металлов и сплавов

Документ на метод контроля Рук.экспл.ДЕЛЬТА

Контроль проводился по

Откуда 85

Рук.экспл.ДЕЛЬТА

Куда корпус 75а

Номер наряда	Документ о качестве	Номер образца	Марка материала	Элемент для определения	Результат контроля
1		1	Труба 8х0,5х6000 AISI 321	Cr	18,10% (ориентировоч.)
				Ni	8,50% (ориентировочно)
				Ti	0,41% (ориентировочно)
				Mo	0,11% (ориентировочно)
				Mn	0,85% (ориентировочно)
				V	0,09% (ориентировочно)
				Fe	71,75% (ориентировоч.)

Пробу: сдал 70473 10.03.2020 12:04:00

Исполнитель

 принял 70473 10.03.2020 12:04:00

10388

Результаты:

Ответственный исполнитель

 передал 10388 10.03.2020 12:13:00

10388

 принял

17.03.2020

Перечень использованных методик измерений (испытаний)

Рук.экспл.ДЕЛЬТА	Руководство по эксплуатации портативного рентгенофлуоресцентного спектрометра Дельта
------------------	--



Начальник ЦЗЛ

А.М. Галикеев

Протокол касается только образцов, подвергнутых измерениям или испытаниям. Лаборатория не несёт ответственности за отбор проб, доставленных заказчиком. Полная или частичная перепечатка или копирование протокола возможны только с разрешения руководства ЦЗЛ.